

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
รถเข็นนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ
สำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความต้องการ

รถเข็นนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
- ๒.๒ โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว
- ๒.๓ พื้นที่นั่งเป็นพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม
- ๒.๔ ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๘ นิ้ว
- ๒.๕ มีที่วางเท้าด้วยอลูมิเนียม
- ๒.๖ มีที่วางแขน ๒ แขนทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ๒.๗ มีล้อยางตัน ๔ ล้อ
- ๒.๘ มีที่ห้ามล้อด้วยมือ จำนวน ๑ คู่

๓. อุปกรณ์ประกอบด้วย

- เสาน้ำเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ๑ อัน เสาน้ำเกลือเสียบรรดเข็น ทำด้วยแอสแตนเลสกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ cm สามารถปรับระดับความสูงได้ ล้อระดับได้ตามต้องการ ปลายเสามีแฉกสองแฉก สำหรับแขวนน้ำเกลือหรือสารอาหารเวลาให้คนไข้ทางสายยาง
- สามารถปรับระดับความสูงได้ ล้อระดับได้ตามต้องการ
- ความสูง ๘๓-๑๔๓ ซม.

ลงชื่อพะณิชา พองจันทร์..... ประธานกรรมการ
(นางพะณิชา พองจันทร์)

ลงชื่อหนึ่งฤทัย ศรีแพง..... กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีแพง)

ลงชื่ออรรถพล คำเปียง..... กรรมการ
(นายอรรถพล คำเปียง)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
รถเข็นนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือและที่ใส่ถังออกซิเจน
สำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความต้องการ

รถเข็นนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือและที่ใส่ถังออกซิเจน

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง

๒.๒ โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว

๒.๓ พื้นที่นั่งเป็นพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม

๒.๔ ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๘ นิ้ว

๒.๕ มีที่วางเท้าด้วยอลูมิเนียม

๒.๖ มีที่วางแขน ๒ แขนทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๒.๗ มีล้อยางตัน ๔ ล้อ

๒.๘ มีที่ห้ามล้อด้วยมือ จำนวน ๑ คู่

๒.๙ มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจนด้วยโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ ขนาด ๑.๕ คิว บริเวณหลังพนักพิงผู้ป่วย

๓. อุปกรณ์ประกอบด้วย

- เสาน้ำเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ๑ อัน เสาน้ำเกลือเสียบรรดเข็น ทำด้วยสแตนเลสกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ cm สามารถปรับระดับความสูงได้ ล้อระดับได้ตามต้องการ ปลายเสามีแฉกสองแฉก สำหรับแขวนน้ำเกลือหรือสารอาหารเวลาให้คนไข้ทางสายยาง
- สามารถปรับระดับความสูงได้ ล้อระดับได้ตามต้องการ
- ความสูง ๘๓-๑๔๓ ซม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางกิ่งแก้ว โป่งกิติ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีแพง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอรรถพล คำเปียง)