

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์การแพทย์
เตียงตรวจภายใน
โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความต้องการ เตียงตรวจภายในพร้อมอุปกรณ์มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจภายในผู้ป่วยและการทำหัตถการทางสูตินารีเวชกรรม ที่ห้องตรวจภายในผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส
 - ๓.๒ เบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียม สามารถพับได้ ๓ ตอน
 - ๓.๓ ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า ๕๕ X ๗๕ X ๑๘๐ เซนติเมตร
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๔.๑ โครงเตียงอยู่บนขา ๔ ขา มียางอย่างหนารองรับกันกระเทือนและกันเลื่อน
 - ๔.๒ ด้านล่างมีไม้ขึ้นเตียงสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ปูด้วยยางกันลื่น
 - ๔.๓ สามารถปรับเอนนอนได้ และมีขาหยั่งปรับหมุนได้ซ้ายขวาได้ ๑๘๐ องศา
 - ๔.๔ มีถาดรองรับของเหลวใต้ที่นั่ง
๕. อุปกรณ์ประกอบ
 - ๕.๑ ขาหยั่ง
 - ๕.๒ ถาดรองรับของเหลว
๖. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๖.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๖.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันรับมอบของครบ
 - ๖.๓ กรณีที่เครื่องมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายยินดีจะให้บริการตรวจเช็ค พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ฟรีในระหว่างการรับประกัน และต้องมีเครื่องมาให้สำรองใช้ระหว่างซ่อมภายใน ๗ วัน หากซ่อมแซมแล้วมากกว่า ๓ ครั้ง เครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายยินดีเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงชื่อเกษศิริรินทร์ เยาวกุล..... ประธานกรรมการ
(นางเกษศิริรินทร์ เยาวกุล)

ลงชื่อจันทร์จิรา คำฟู..... กรรมการ
(นางจันทร์จิรา คำฟู)

ลงชื่อภัทราวดี สติศิริรัตน์.....กรรมการ
(นางภัทราวดี สติศิริรัตน์)