

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
เตียงทำคลอด สำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความต้องการ

เตียงทำคลอดและตรวจทางสูตินรีเวชชนิดปรับด้วยมือ

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เป็นเตียงตรวจโรคทางนรีเวชกรรมและใช้ทำคลอด

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑ ขนาดเตียง กว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า ๗๕ x ๑๘๕ x ๘๐ เซนติเมตร และสามารถตัดแยกออกจากกัน
เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนบนกับส่วนล่าง

๓.๒ โครงสร้างเตียงและพื้นเตียงทำด้วยสแตนเลส มีขาห้อย ๑ คู่ สามารถปรับขึ้น-ลง และหมุนได้รอบ
ทิศทาง

๓.๓ ที่นอนทำจากยางพาราหุ้มด้วยหนังเทียม หนาไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซม. แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ ส่วนบนกับ
ส่วนล่าง ระหว่างรอยต่อตรงกลางของส่วนบนและส่วนล่างจะเข้าเป็นทรงวงกลม ส่วนล่างเลื่อนเก็บได้

๓.๔ เตียงส่วนบนมีราวกันเตียงทำด้วยสแตนเลส

๓.๕ เตียงส่วนบนด้านข้างมีมือจับทั้ง ๒ ข้าง สามารถจับยกขึ้นและเลื่อนขึ้น -ลง ได้

๓.๖ มีมือหมุน ๒ อัน ที่เตียงส่วนบน สามารถปรับระดับ ขึ้น -ลง ได้ทั้ง ๒ ส่วน โดยแยกเป็นส่วนหัวและ
ลำตัวส่วนล่างได้

๓.๗ มีลูกล้อจำนวน ๖ ล้อ ขนาด ๕ นิ้วและสามารถหมุนได้รอบทิศทางและมีเบรกทุกล้อ

๓.๘ รับน้ำหนักได้มากกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๓.๙ มีน้ำมันหล่อลื่นล้อ ๑ ขวด

๓.๑๐ รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย ๑ ปี

๓.๑๑ มีเอกสารการใช้ บำรุงรักษาภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๒ ชุด

.....สายทอง อิงคสันตติกุล.....

(นางสายทอง อิงคสันตติกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....วารุณี บุญเทียม.....

(นางสาววารุณี บุญเทียม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....วัชรพร สมถวิลชัยชาญ.....

(นางสาววัชรพร สมถวิลชัยชาญ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ