

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์  
โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก  
สำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ

๑. ความต้องการ โคมไฟชนิดขาตั้ง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ให้แสงสว่างสำหรับการทำหัตถการต่างๆ เช่น ทำแผล ผ่าตัดเล็ก ฯลฯ
๓. คุณสมบัติทั่วไป
- ๓.๑ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์
- ๓.๒ หลอดไฟเป็นชนิด LED จำนวน ๖ หลอด ขนาด ๖ วัตต์ และมีแผ่นแก้วกระจกใสปิดป้องกันการเสียหายของหลอดไฟ
- ๓.๓ ให้กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ Lux
- ๓.๔ มีค่า Color Temperature ๕,๐๐๐ K
- ๓.๕ อายุการใช้งานของหลอดไฟไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ๓.๖ ตัวโคม ทำด้วยพลาสติกหนาอย่างดี และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- ๓.๗ โคมไฟมีแขนยาว สามารถปรับ ตรง-โค้ง ได้สะดวกตามทิศทางที่ต้องการ
- ๓.๘ ฐานของโคมทำด้วยพลาสติกสีดำอย่างดีมีล้อไม่น้อยกว่า ๕ ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง
- ๔.๓ บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวมาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๔.๕ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สายทอง อิงคสันตติกุล  
(นางสายทอง อิงคสันตติกุล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วารุณี บุญเทียม  
(นางสาววารุณี บุญเทียม)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วัชรพร สมถวิลชัยชาญ  
(นางสาววัชรพร สมถวิลชัยชาญ)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ