

คุณลักษณะเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์การแพทย์
เตียงแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิดมีราวกันเตียงไม่น้อยกว่า 34 ชั้น ทั้งสองด้าน
สำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

1. เตียงผู้ป่วยมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง X ยาว X สูง (90 X 200 X 54 cm) ความสูงไม่รวมที่นอน
2. ราวกันเตียงทำจากสแตนเลสกลมขนาด 1" ตัดโค้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวที่ราวกันเตียงแนวตั้งมีด้านละไม่น้อยกว่า 22 ชั้นโดยมีความกว้างเท่าๆ กัน ทั้ง 2 ด้าน ทำด้วยสแตนเลส ขนาด 6 หุน โดยมีระบบล็อก-ปลดล็อก อยู่ตรงกลางราวกัน สามารถปรับ ขึ้น-ลงได้
3. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม
4. พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็กแนวขวาง
5. พนักหัวท้ายเตียง ทำจากไม้บุโฟมกำสีก้าว ครอบด้วยสแตนเลสกลม ขนาด 1" สามารถถอดเค้าวอกได้
6. สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ได้ไม่น้อยกว่า 0-75 องศา
7. สามารถปรับระดับด้านขาเตียง ยกงอเข้าสูงได้ไม่น้อยกว่า 0-35 องศา
8. มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับเก็บได้
9. ล้อเก็ลียว ขนาด 4 นิ้ว มีเบรกทั้งหมด 4 ล้อ
10. ที่นอนทำจากใยสังเคราะห์ หุ้มด้วยหนังเทียม หนาไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
11. มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ 1 จุด พร้อมเสาน้ำเกลือ 1 เสอ
12. บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น จำนวน 1 ชั้น
13. รับประกันสินค้า 2 ปี
14. มีสติ๊กเกอร์ของผู้ขาย ติดที่ท้ายเตียงโดยมีที่ตั้ง เบอร์โทรติดต่อ หากเกิดกรณีผลิตภัณฑ์ชำรุด ทางผู้ขายจะได้มีการซ่อมแซมได้อย่างทันถ่วงทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง
15. มีน้ำมันหล่อลื่นล้อ 1 ขวด

สายทอง อิงคสันตติกุล
(นางสายทอง อิงคสันตติกุล)

ประธานกรรมการ

วารุณี บุญเทียม
(นางสาววารุณี บุญเทียม)
กรรมการ

วัชรพร สมถวิลชัยชาญ
(นางสาววัชรพร สมถวิลชัยชาญ)
กรรมการ