

คุณลักษณะเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์การแพทย์  
รถเข็นนอนชนิดนอน  
โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

**คุณสมบัติ**

1. ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (ไม่น้อยกว่า 52 x 175 x 82 cm.)
2. วัดความกว้างของถาดด้านในไม่น้อยกว่า 52 cm.
3. วัดความยาวของถาดด้านใน ไม่น้อยกว่า 175 cm.
4. วัดความสูงจากพื้นถึงขอบถาดด้านบน 82 cm. ไม่รวมที่นอน
5. พื้นรถเข็นนอนมีลักษณะ 2 ตอน บุด้วยแผ่นสแตนเลสหนา 1.0 mm.
6. เพลด้านหัวรถเข็นนอนสามารถปรับระดับ ได้ 3 ระดับ
7. โครงสร้างรถเข็นนอน ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 1.1/4"
8. โครงสร้างราวกันด้านข้างเตียงและด้านหัวเตียง ทำจากสแตนเลสกลม 1" สามารถสไลด์ขึ้นลงได้สะดวก
9. ด้านล่างรถเข็นนอน มีที่ใส่ถังคอออกซิเจน ขนาด 1.5 ลิตร
10. ด้านล่างรถเข็นนอนมีถาดเก็บของขนาดกว้าง x ยาว (ไม่น้อยกว่า 50 x 54 cm) วัดขนาดถาดด้านใน
11. ตัวรถเข็นนอนล้อมรอบด้วยยางกันชน
12. ที่นอนทำจากฟองน้ำอัดหุ้มด้วยผ้าหนังเทียมสีเขียว กว้าง x ยาว x หนา โดยรวม (ไม่น้อยกว่า 51 x 173 x 5 cm.) และมีซิปอยู่ด้านข้างของที่นอน (มีพื้นที่ใช้สอยตามขนาดของที่นอน)
13. มีลูกล้อขนาด 6" จำนวน 4 ลูก มีเบรก 2 ล้อ ไม่เบรก 2 ล้อ
14. มีตะขอแขวนถุงน้ำเกลือ 1 ต้น และมีที่เสียบเสาน้ำเกลือ 2 จุด สามารถ ถอดเข้า-ออก เก็บที่ด้านล่างตัวรถเข็นได้
15. อุปกรณ์ประกอบด้วย
  - เสาน้ำเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อัน
  - เพลหามทำด้วยอลูมิเนียมชนิดเทาหรือโลหะไม่เป็นสนิม มีเบาะหุ้มหนังเทียม
  - ราวกันเตียง

(ลงชื่อ).....กิ่งแก้ว...โป่งกิติ.....ประธานกรรมการ  
(นางกิ่งแก้ว โป่งกิติ)

(ลงชื่อ).....พาณิช...พองจันทร์.....กรรมการ (ลงชื่อ).....อรรถพล...คำเปียง.....กรรมการ  
(นางพาณิช พองจันทร์) (นายอรรถพล คำเปียง)