

คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียด
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน
สำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

1. **ความต้องการ** สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ปรับพนักพิงยกระดับศีรษะสูง-ต่ำได้ มีคุณสมบัติตามกำหนด
2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเฝ้าดูสังเกตอาการผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยเพื่อการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
3. **คุณลักษณะเฉพาะ**
 - 3.1 โครงสร้างเตียงผลิตด้วยเหล็กกล้าคุณภาพสูง รองรับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 170 กิโลกรัม
 - 3.2 สามารถปรับระดับความสูงด้วยระบบมือหมุน และปรับพนักเตียงโดยการดึงมือจับบริเวณหัวเตียงเพื่อปรับระดับเตียงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร สามารถพับลงและตั้งขึ้นได้
 - 3.3 ราวกันเตียง ทำจากพลาสติก PP มีความยาว 107 เซนติเมตร ความสูง 30 เซนติเมตร สามารถทำการฆ่าเชื้ออุณหภูมิ 100 °C
 - 3.4 ด้ามมือหมุนทำด้วยสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนทาน
 - 3.5 การปรับระดับที่นอน บริเวณที่พักหลัง ได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา (± 10 องศา)
 - 3.6 เตียงมีล้อกลาง (Center wheel) เพื่อช่วยในการควบคุม และปรับเปลี่ยนทิศทางในพื้นที่จำกัดเป็นไปได้อย่างขึ้น
 - 3.7 ล้อของเตียงมีระบบเซ็นเตอร์ล็อกทั้ง 4 ล้อ สามารถควบคุมการหยุดโดยเหยียบล้อที่ล้อใดล้อหนึ่ง
 - 3.8 เสาเท้าเก็ลมี 4 แฉกและมีจุดวางที่เตียงไม่น้อยกว่า 2 จุด
 - 3.9 ที่นอนเป็นชนิด polyurethane foam with high density sponge เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและมีความคงทนสามารถทำการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 100 °C ได้
 - 3.10 เตียงมีจุดวางถังออกซิเจน อย่างน้อย 1 จุด
 - 3.11 เตียงสามารถทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคและดูแลรักษาด้วย 0.05-0.2% ammonium chloride disinfectant, 0.05-0.2% Chlorinated phenyl disinfectant, 0.05% diclofenac ethane solution la 0.05-0.2% sodium hypochlorite disinfectant ได้
 - 3.12 ล้อของเตียง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สามารถควบคุมการล้อด้วยการเหยียบที่แป้น

(ลงชื่อ).....กิ่งแก้ว.....โป่งกิติ.....ประธานกรรมการ
 (นางกิ่งแก้ว โป่งกิติ)

(ลงชื่อ).....พะณิชา.....ฟองจันทร์.....กรรมการ
 (นางพะณิชา ฟองจันทร์)

(ลงชื่อ).....อรรถพล.....คำเปียง.....กรรมการ
 (นายอรรถพล คำเปียง)

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.1 ที่วางถังออกซิเจนแบบแนวตั้ง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 kg | จำนวน 1 ชุด |
| 4.2 เสา IV ทำด้วยสแตนเลส ราวแขน 4 ด้าน | จำนวน 1 ชั้น |
| 4.3 ที่นอนเป็นเบาะกันน้ำพร้อมเข็มขัดรัดขนาดหนาไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว | จำนวน 1 ชั้น |

5. เงื่อนไขอื่น ๆ

- 5.1 สินค้าส่งมอบจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 5.2 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีนับจากวันส่งมอบ
- 5.3 ในกรณีที่เครื่องชำรุดในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับแจ้ง
- 5.4 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารในขณะนำเสนอราคา
- 5.5 ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่เสนอราคา ตามรายการที่เสนอ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ โดยต้องแนบเอกสารในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ).....กิ่งแก้ว.....โปงกิติ.....ประธานกรรมการ
(นางกิ่งแก้ว โปงกิติ)

(ลงชื่อ).....พะณิชา.....พองจันทร์.....กรรมการ
(นางพะณิชา พองจันทร์)

(ลงชื่อ).....อรรถพล.....คำเปียง.....กรรมการ
(นายอรรถพล คำเปียง)